

Outcome	Baseline (BL)	KAFO	Mittlere Differenz KAFO vs. BL	Effektgröße (Cohen's d oder Pearson's r)	p-Wert KAFO vs. BL	C-Brace	Mittlere Differenz C-Brace vs. BL vs. KAFO	Effektgröße (d oder r) C-Brace vs. BL vs. KAFO	p-Wert C-Brace vs. BL vs. KAFO
BBS (ITT)	33,6 ± 11,0	37,3 ± 10,5	3,3 ± 6,3	0,53 (d)	<0,00001	42,0 ± 9,1	6,8 ± 9,7 3,5 ± 8,1	0,71 0,44	<0,00001 <0,00001
BBS (PP)	35,0 ± 10,1	38,8 ± 8,9	3,9 ± 5,9	0,66 (d)	<0,00001	42,4 ± 8,9	7,4 ± 7,7 3,6 ± 6,1	0,96 0,58	<0,00001 0,00006
Stürze (ITT)	4,9 ± 20,1	4,0 ± 16,8	-1,4 ± 16,5	0 (r)	0,45	1,1 ± 3,3	-5,0 ± 22,4 -3,4 ± 17,0	0,29 0,32	0,00385 0,00202
Stürze (PP)	6,9 ± 24,1	5,0 ± 18,9	-1,8 ± 18,7	0,04 (r)	0,53	1,1 ± 3,3	-5,8 ± 23,9 -3,9 ± 17,7	0,35 0,39	0,011 0,00047
DGI (ITT)	12,3 ± 3,3	13,4 ± 3,2	1,4 ± 3,5	0,40 (d)	<0,00001	15,7 ± 3,3	2,4 ± 3,6 1,0 ± 3,7	0,65 0,26	<0,00001 0,005
DGI (PP)	13,1 ± 2,4	13,6 ± 2,9	0,5 ± 2,7	0,18 (d)	0,069	15,9 ± 3,2	2,9 ± 3,4 2,4 ± 2,8	0,85 0,82	<0,00001 <0,00001
ABC (ITT)	53,1 ± 19,2	51,0 ± 18,3	-0,8 ± 20,9	-0,04 (d)	0,643	62,3 ± 19,5	5,8 ± 22,3 7,0 ± 26,3	0,26 0,27	0,0061 0,0054
ABC (PP)	55,8 ± 18,9	52,8 ± 18,7	-1,4 ± 15,5	-0,08 (d)	0,76	64,7 ± 17,7	8,9 ± 21,8 11,3 ± 22,7	0,40 0,47	0,00069 0,00011
6MWT (ITT) [m]	205 ± 74	214 ± 81	8 ± 42	0,22 (r)	0,03	226 ± 84	9 ± 63 0,2 ± 54	0,12 (r) 0,03 (r)	0,14 0,58
6MWT (PP) [m]	216 ± 69	227 ± 72	0,03 ± 0,1	0,26 (r)	0,016	227 ± 88	0,03 ± 0,2 0,0 ± 0,1	0,13 (r) 0,02 (r)	0,14 0,55

Tab. 2 Ergebnisse der Intention-to-Treat (ITT, n = 102) und Per-Protocol-Analysen (PP, n = 69) für das Primäre Outcome Berg Balance Scale (BBS) und die sicherheitsrelevanten sekundären Outcomes: Stürze, Dynamic Gait Index (DGI) und Activity-specific Balance Confidence Scale (ABC).