

Outcome	Baseline (BL)	KAFO	Mittlere Differenz KAFO vs. BL	Effektgröße (Cohen's d oder Pearson's r)	p-Wert KAFO vs. BL	C-Brace	Mittlere Differenz C-Brace vs. BL vs. KAFO	Effektgröße (d oder r) C-Brace vs. BL vs. KAFO	p-Wert C-Brace vs. BL vs. KAFO
OPUS-LEFS (ITT)	45,3 ± 6,2	46,6 ± 6,3	1,2 ± 5,8	0,18 (d)	0,037	48,8 ± 6,3	3,1 ± 6,2 2,0 ± 5,2	0,51 (d) 0,38 (d)	<0,00001 0,00019
OPUS-LEFS (PP)	46,0 ± 5,9	47,0 ± 6,3	0,9 ± 5,0	0,18 (d)	0,067	49,2 ± 6,2	3,1 ± 6,2 2,5 ± 4,5	0,49 (d) 0,54 (d)	<0,00001 0,000058
OPUS-QoL (ITT)	56,6 ± 7,3	56,9 ± 6,9	0,5 ± 5,5	0,05 (d)	0,21	58,0 ± 8,0	1,1 ± 6,2 0,6 ± 5,2	0,18 (d) 0,12 (d)	0,06 0,122
OPUS-QoL (PP)	56,8 ± 7,1	56,8 ± 7,1	0,1 ± 5,3	0 (d)	0,53	58,4 ± 8,1	1,6 ± 5,8 1,8 ± 4,5	0,27 (d) 0,38 (d)	0,013 0,0014
EQ-5D-5L Utility (ITT)	0,71 ± 0,19	0,72 ± 0,19	0,01 ± 0,18	0,09 (r)	0,20	0,74 ± 0,18	0,02 ± 0,17 0,009 ± 0,18	0,23 (r) 0,125 (r)	0,025 0,15
EQ-5D-5L Utility (PP)	0,723 ± 0,195	0,727 ± 0,176	0,0 ± 0,18	0,02 (r)	0,40	0,752 ± 0,17	0,03 ± 0,17 0,03 ± 0,17	0,26 (r) 0,21 (r)	0,017 0,037
RNLI (ITT)	71,5 ± 19,8	71,7 ± 17,6	1,1 ± 14,4	0,01 (r)	0,45	74,0 ± 19,8	1,8 ± 17,3 2,8 ± 16,4	0,21 (r) 0,18 (r)	0,038 0,080
RNLI (PP)	71,8 ± 19,0	71,0 ± 18,5	-0,6 ± 13,4	0 (r)	0,48	74,4 ± 19,9	2,3 ± 16,9 3,6 ± 16,8	0,20 (r) 0,23 (r)	0,053 0,042
WLQ-25 Physical (ITT)	37,5 ± 24,8	34,5 ± 23,3	-6,3 ± 28,6	-0,22 (d)	0,91	24,3 ± 18,8	-8,4 ± 27,4 -2,1 ± 21,5	-0,31 (d) -0,12 (d)	0,036 0,281
WLQ-25 Physical (PP)	37,8 ± 26,6	32,2 ± 22,5	-3,5 ± 28,2	-0,08 (d)	0,25	23,1 ± 17,5	-12,2 ± 31,6 -5,6 ± 16,6	-0,25 (d) -0,22 (d)	0,022 0,039

Tab. 4 Ergebnisse der Intention-to-Treat (ITT, n = 102) und Per-Protocol-Analysen (PP, n = 69) für die Outcomes Orthotic and Prosthetic User Survey – Lower Extremity Functional Status (OPUS-LEFS), OPUS – Quality of Life (OPUS-QoL), EQ-5D-5L-Utility, Reintegration into Normal Living (RNL) und Work Limitations Questionnaire (WLQ-25) – Physical domain.